

入札公告

平成26年6月9日

独立行政法人労働安全衛生総合研究所
理事長 小川 康 恭

1 競争入札に付する事項

件名及び数量

マルチチャンネル分光器 一式の購入

2 競争参加資格に関する事項

- (1) 契約を締結する能力を有しないと認められる者又は破産者で復権を得ていない者でないこと。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者はこの限りではない。
- (2) 以下の一に該当すると認められる場合は、その事実があった後2年間を経過している者であること。なお、これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても同様とする。
 - ① 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。
 - ② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者。
 - ③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。
 - ④ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。
 - ⑤ 正当な理由が無くて契約を履行しなかった者。
 - ⑥ ①～⑤の一に該当する事実があった後2年間を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者。
- (3) 平成25・26・27年度の厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）において、厚生労働省大臣官房会計課長より「物品の製造」又は「物品の販売」においてA、B、C又はD等級に格付けされている者。
- (4) 官庁から指名停止を受けている期間に該当しない者。

3 入札及び開札

(1) 入札書の提出

入札書は、郵便若しくは信書便による送達（以下「郵送等」という。）又は入札会場への持参により受け付ける。

ただし、郵送等の場合には、書留郵便等の配達記録が残るもので開札日の前日（平成26年7月14日）までに必着のこと。

(2) 入札及び開札の日時、場所

日時：平成26年7月15日（火） 10時00分

場所：住所 東京都清瀬市梅園1-4-6
独立行政法人労働安全衛生総合研究所
本部棟3階 総務課会議室

※入札者が開札に立ち会わない場合には、FAXにて結果をお知らせします。

4 仕様書に対する質問

仕様書に対する質問がある場合は、次に従い提出することができる。

- (1) 受付期間及び方法
平成26年7月7日(月) 17時00分
FAX(A4、様式自由)にて受け付ける。
- (2) 受付先
住所：東京都清瀬市梅園1-4-6
独立行政法人労働安全衛生総合研究所総務部総務課 経理第一係
TEL：042-491-4512(内線229)
FAX：042-491-7846
- (3) 回答
平成26年7月11日(金)までに回答する。

6 その他

- (1) 入札保証金に関する事項
入札保証金の納付を免除する。
- (2) 入札の無効
上記2に示した競争参加資格を有しない者のした入札は、これを無効とする。
- (3) 契約書作成の要否
要。
- (4) 契約に係る情報の公表に関する事項

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところである。

これに基づき、別紙のとおり、当研究所との関係に係る情報を当研究所のホームページで公表することとするので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行うこと。

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすので、ご了承ください。

以 上

<独立行政法人の契約に係る情報の公表>

独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。

これに基づき、以下のとおり、当研究所との関係に係る情報を当研究所のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。

なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了承ください。

(1) 公表の対象となる契約先

次のいずれにも該当する契約先

- ① 当研究所において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること
- ② 当研究所との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること

※ 予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外

(2) 公表する情報

上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。

- ① 当研究所の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当研究所OB)の人数、職名及び当研究所における最終職名
- ② 当研究所との間の取引高
- ③ 総売上高又は事業収入に占める当研究所との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨
3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上
- ④ 一者応札又は一者応募である場合はその旨

(3) 当方に提供していただく情報

- ① 契約締結日時点で在職している当研究所OBに係る情報(人数、現在の職名及び当研究所における最終職名等)
- ② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当研究所との間の取引高

(4) 公表日

契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内)

(5) その他

応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了承ください。

入札説明書

- 1 競争に付するもの
マルチチャンネル分光器 一式の購入
- 2 業務の内容・規格・数量
仕様書のとおり
- 3 納入期限及び場所
期限 平成26年9月30日
場所 独立行政法人労働安全衛生総合研究所（清瀬地区）
電気安全実験棟 高電圧安全実験準備室
- 4 支払条件
物品納入の確認をもって支払うものとする。
- 5 入札心得
 - (1) 入札価格は、本件の履行に係る費用の総額に消費税等相当額を加えた金額とする。
 - (2) 落札者は、当法人の定める予定価格の制限の範囲内で最低価格を提示した者とし、当該入札価格をもって落札価格とする。
 - (3) 入札書は別紙様式1を用い、内訳書を必ず添付すること。
 - (4) 入札書の宛名は「独立行政法人労働安全衛生総合研究所理事長」宛とすること。
 - (5) 入札書には、社名及び代表者名の記入、社印及び代表者印を押印すること。
 - (6) 代表者以外の者が入札する場合は、委任状を持参すること。（別紙様式2）
 - (7) 入札書における金額訂正は行わないこと。
 - (8) 入札の最低価格が予定価格を超えている場合はその場で再度入札を行うので、そのための入札書を用意すること。なお、郵送等による入札の場合には再度入札には参加できない。
 - (9) 落札とすべき同額の入札をした者が2人以上いるときは、直ちに当該入札参加者にくじを引かせ、落札者を決定する。
- 6 入札者に求められる義務
この入札に参加を希望する者は、入札公告2（3）の競争参加資格を有することを証明する書類を平成26年7月11日（金）までに提出しなければならない。
- 7 その他
入札説明書についての不明点、入札書類等に関することは独立行政法人労働安全衛生総合研究所総務部総務課経理第一係に問い合わせること。
電話 042-491-4512 塩見（内線229）

入 札 書

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 理事長 殿

1 件 名 「マルチチャンネル分光器 一式の購入」

2 金 額 ￥ — (税込)

上記のとおり入札いたします。

平成26年 月 日

入札者 住 所
会 社 名
代表者名
代理人名

印
印

委任状

独立行政法人労働安全衛生総合研究所 理事長 殿

は を代理人と定め、下記の行為を行う権限を委任します。

記

1 委任する行為

「マルチチャンネル分光器 一式の購入」の一般競争入札に係る入札書の提出に関する一切の行為

2 委任する期日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

住 所
会 社 名
代 表 者
代理人名

印
印

仕様書

1. 件名

マルチチャンネル分光器一式

(浜松ホトニクス株式会社製マルチチャンネル分光 PMA-12 (C10027-01) およびデータ解析装置, 又は同等品)

2. 機器性能仕様概要

(1) マルチチャンネル分光器一式 (以下, 当該装置) は分光器本体 (ファイバ入力光学系を含む.) とデータ解析装置 (観察用ノート型パソコンを含む.) で構成されていること.

(2) 当該装置は, 簡単操作, 高感度, 高分解能で可搬タイプの分光測定システムであること.

(3) 分光器本体は下記の性能を満たしていること.

3-1. 光検出素子がマルチチャンネルであり, 測定波長範囲の分光計測を走査することなく, 一度に行えること.

3-2. 光検出素子のチャンネル数は 1024ch 以上であること.

3-3. 測定できる波長範囲は 200~950nm, またはこれより広範囲であること.

3-4. 光検出素子は高感度の裏面入射型 CCD リニアイメージセンサであること.

3-5. 波長分解能は 2 nm, またはそれ以下であること.

3-6. 読み出しノイズが 16electrons 程度であること.

3-7. 暗電流ノイズが 75electrons/scan 以下であること.

3-8. 光検出素子は電子冷却により -15°C , またはそれ以下にできること.

3-9. 測定光を分光器に導入するためにファイバ入力光学系を有すること.

3-10. 観察用ノート型 PC との接続は USB であること.

3-11. 一人の力により可搬であること.

(4) データ解析装置は下記の仕様を満たしていること.

4-1. データ取得, データの保存, データ解析ができる標準解析ソフトウェアが付属していること.

4-2. 工場出荷時において, 波長軸校正や感度ムラ補正データを添付すること.

4-3. 付属する観測用ノート型パソコンは以下の仕様より高い性能を有すること.

4-3-1. CPU は 1GHz 以上であること.

4-3-2. メモリーは 128MByte 以上であること.

4-3-3. 記憶装置 (HDD) は 320 GByte であること.

4-3-4. オペレーティングシステムは Windows 7 Professional であること.

4-3-5. ネットワークインターフェースとして 1000BASE-T を有すること.

4-3-6. その他インタフェースとして USB を有すること.

(5) 分光器の外形，重量及び駆動電源は下記の仕様を満たしていること。

- 5-1. 外形 300 (幅) × 400 (奥行) × 150 (高さ) mm 以内
- 5-2. 重量 50 kg 以下
- 5-3. 駆動電源 単相 100V

(6) パソコンの外形，重量及び駆動電力等は下記の仕様を満たしていること。

- 6-1. 外形 400 (幅) × 300 (奥行) × 50 (高さ) mm 以内
- 6-2. 重量 5kg 以下
- 6-3. 駆動電源 単相 100 V
- 6-4. バッテリーによる駆動が可能であること。

(7) 検取引き渡し後 1 年以内に当該装置に瑕疵が生じ，その責任が請負業者にあると認められた場合には，無償で修理又は交換を行うこと。

3. 同等品による入札参加について

上記においては，浜松ホトニクス株式会社製マルチチャンネル分光 PMA-12 (C10027-01) およびデータ解析装置を参考とした場合の仕様を示したが，当研究所において同等品と認める物品による入札も可能とする。

なお，同等品で入札に参加する場合には，平成 26 年 7 月 4 日 (金) までに，カタログ等納品物を確認できる書類一式を提出すること。